


تم المسح الضوئي بـ CamScanner



البنة = الجبال
عند البحر

٢٠١٩



السيد الدكتور/ مدير مستشفى حميات دمنهور

بعد التحية

• تقرير فني عقد صيانة (دورية ووقائية) لعدد وحدتي معالجه المياه الخاصه بالغسيل الكلوي
بمستشفى حميات دمنهور :

• العرض على سيادتكم للموافقة على البدء في إجراءات طرح عملية إبرام عقد صيانة
(دورية ووقائية) لعدد وحدتي معالجه المياه الخاصه بالغسيل الكلوي بمستشفى
حميات دمنهور ، لضمان استمرارية وكفاءة تقديم الخدمة الطبية وحفاظاً على المال
العالم/ علما بان هذه الأصناف غير مدرجه علي الهيئه المصريه للشراء الموحد

بيان الأجهزة والمعدات

- عدد 2 جهاز RO
- عدد 2 خزان معالج
- عدد 2 خزان غير معالج
- عدد 4 ماتور معالج
- عدد 4 ماتور غير معالج
- عدد 2 لمبة UV
- عدد 6 فيزل تطهير بالماتور الخاص به
- عدد 2 لوحة تحكم كهربائية

الحالة الفنية: الأجهزة المذكورة تمثل عصب العمل بوحده الغسيل الكلوي بالمستشفى ، ولا يمكن
تعريضها لأي أعطال مفاجئة أو توقف لتأثيرها المباشر على أرواح المرضى وانتظام الخدمة. لذا لزم اتخاذ
إجراءات استباقية قبل انتهاء العقد الحالي بوقت كافٍ لمنع أي انقطاع في التغطية الفنية.

• تتم الإجراءات التمهيدية والطرح وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 (بإصدار قانون تنظيم
التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



يعتمد / مدير المستشفى

مدير مالي وإداري

رئيس قسم الاجهزة الطبية



السيد الدكتور/مدير مستشفى حميات دمنهور

بعد التحية

نحيط سيادتكم علما باننا بحاجة الي توفير الفلاتر والمستلزمات الاتيه لوجدي معالجه المياه بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى علما بان الأصناف غير مدرجه علي الهيئه المصريه للشراء الموحد :-

● فلاتر تنقيه المياه (حسب الخطاب المرفق)

- 1- عدد (42) فلتر 5 مايكرون (20 بوصه)
- 2- عدد (28) فلتر 5 مايكرون (10 بوصه)
- 3- عدد (28) فلتر 10 مايكرون (10 بوصه)
- 4- عدد (28) فلتر 20 مايكرون (10 بوصه)
- 5- عدد (56) فلتر 1 مايكرون (10 بوصه)
- 6- عدد (14) فلتر 10 مايكرون (20 بوصه)
- 7- عدد (42) فلتر 0.2 مايكرون (10 بوصه)

● مستلزمات القياس والمعايره

- 1- عدد (15) وحده قياس كلور (كلورسكوب 0.1)
- 2- عدد (15) وحده قياس غسوره المياه
- 3- عدد (1) قلم قياس نسبه الاملاح (TDSMester)
- 4- عدد 150 شريط لقياس الكلور 0.1

● قطع الغيار والمهمات التشغيليه

- 1- عدد (15) طن ملح (خاص بوحده السوفتير)
- 2- عدد (4) ممبرين (membrane) خاص ب RO
- 3- عدد (2) لمبه تعقيم بالاشعه فوق البنفسجيه (uvlamp)
- 4- عدد (4) فلوماك لمواتير المياه
- 5- عدد (10) عوامه كهربائيه

شحنات الميديا (الوسط الترشيحي)

1- عدد (2) شحنه رمل

2- عدد (2) شحنه كربون نشط

3- عدد (2) شحنه سوفتر


- نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم مع اعتبار الموضوع هام وعاجل

ولسيادتكم جزيل الشكر

رئيس قسم الصيانة الطبية

هدى فاوى

مدير مالى وادارى:



يعتمد: مدير المستشفى

